



ประกาศโรงพยาบาลสุบ กระทรวงการคลัง  
เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความตัน  
พร้อมระบบชุดพ่นยา จำนวน 1 ชุด


โรงพยาบาลสุบ กระทรวงการคลัง มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อ เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความตัน พร้อมระบบชุดพ่นยา จำนวน 1 ชุด ใช้สำหรับช่วยผู้ป่วยในภาวะวิกฤตที่ไม่สามารถหายใจได้เพียงพอ หรืออยู่ในภาวะหยุดการหายใจจากสาเหตุต่าง ๆ สามารถใช้ฝักหัดการหายใจเพื่อให้ผู้ป่วยสามารถหายใจได้เอง และพั้นภาวะวิกฤตได้อย่างเหมาะสม ใช้งานที่หน่วยไอ.ซี.ยู. ฝ่ายการแพทย์ ตามรายละเอียดและขอบเขตของงานของโรงพยาบาลสุบ

**ผู้เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้**

1. ต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุตามที่เรียกสอบราคา
2. ต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุขึ้นในบัญชีรายชื่อผู้ที่้งงานของทางราชการและได้แจ้งเรียนข้อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิตบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ที่้งงานตามระเบียบของทางราชการ
3. ต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคา ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้
4. ต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารซึ่หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้หละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
5. ต้องเป็นผู้ที่ลงทะเบียนรับเอกสารสอบราคา ณ กองธุรการ ฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลสุบ กระทรวงการคลัง
6. ต้องเป็นผู้มีอำนาจ หรือได้รับมอบอำนาจโดยชอบด้วยกฎหมายในการดำเนินการเกี่ยวกับกระบวนการสอบราคาซื้อทุกขั้นตอน
7. ต้องไม่เป็นผู้ถูกระบุขึ้นว่าเป็นคู่สัญญาที่ไม่ได้แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิตบุคคลเป็นคู่สัญญา กับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2554
8. ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลางที่เว็ปไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
9. ต้องมีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามที่กำหนดในเอกสารแบบท้ายเอกสารสอบราคา กำหนดยื่นของสอบราคาพร้อมเอกสาร วันที่ 20 กันยายน 2560 ระหว่างเวลา 09.00 น. ถึง 11.00 น. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือก วันที่ 4 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 น. เปิดซองเสนอราคา วันที่ 4 ตุลาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ณ กองธุรการ ฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลสุบ

ผู้สนใจติดต่อขอทราบรายละเอียด และลงทะเบียนพร้อมแสดงหลักฐาน เพื่อขอรับเอกสาร  
สอบราคา เลขที่ ฝกพ.ส.09/06/61 ได้ที่ กองธุรการ ฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลสูบ ถนนพระราม 4  
คลองเตย กรุงเทพฯ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 6 กันยายน 2560 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  
0 2656 4500 ต่อ 3330 ในวันและเวลาทำการของโรงพยาบาลสูบ หรือค้นหาข้อมูลได้ที่  
[www.thaitobacco.or.th](http://www.thaitobacco.or.th)

ประกาศ ณ วันที่ 22 สิงหาคม 2560

  
(นายวิญญา เกียรติวัฒน์)  
รองผู้อำนวยการยาสูบ ปฏิบัติการแทน  
ผู้อำนวยการยาสูบ



เอกสารสอบราคากันย์ เลขที่ ฝกพ.ส.09/06/61  
ชื่อเครื่องซ่อมแซมจักรยานยนต์ จำนวน 1 ชุด  
พร้อมระบบชุดพ่นยา จำนวน 1 ชุด  
ตามประกาศโรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง  
ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2560

รายงานยาสูบ กระทรงการคลัง มีความประสงค์จะสอบราคาก็อ เครื่องข่ายหายใจนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน พร้อมระบบชุดพ่นยา จำนวน 1 ชุด ใช้สำหรับช่วยผู้ป่วยในภาวะวิกฤตที่ไม่สามารถหายใจได้เพียงพอ หรืออยู่ในภาวะหยุดการทำงานหัวใจจากสาเหตุต่าง ๆ สามารถใช้ฝีกหัดการหายใจเพื่อให้ผู้ป่วยสามารถหายใจได้เอง และพั่นภาวะวิกฤตได้อย่างเหมาะสม ใช้งานที่หน่วยไอ.ซี.ยู. ฝ่ายการแพทย์ตามรายละเอียดและขอบเขตของงานของโรงพยาบาล ซึ่งพัสดุที่จะซื้อนี้ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ทันที และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กำหนดไว้ในเอกสารสอบราคาก็อ ฉบับนี้ โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนดดังต่อไปนี้

## 1. เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา

1.1	รายละเอียดและขอบเขตของงาน	จำนวน	5	แผ่น
1.2	แบบใบเสนอราคา	จำนวน	2	แผ่น
1.3	แบบหนังสือมอบอำนาจ	จำนวน	1	แผ่น
1.4	บทนิยาม	จำนวน	1	แผ่น
	(1) ผู้เสนอราคาที่มีผลประโภชันร่วมกัน			
	(2) การขัดขวางการแข่งขันราคาย่างเป็นธรรม			
1.5	แบบบัญชีเอกสาร			
	(1) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1	จำนวน	2	แผ่น
	(2) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2	จำนวน	1	แผ่น

## 2. คุณสมบัติของผู้เสนอราคা

- 2.1 ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุตามที่เรียกว่าสอบราคา

2.2 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกกระบุขซื้อไว้ในปัญชีรายชื่อผู้ทึ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนซื้อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทึ้งงานตามระเบียบของทางราชการ

2.3 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาณ วันประการสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาย่างเป็นธรรม ตามข้อ 1.4

2.4 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารที่หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่ฐานข้อหาของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเข่นว่าնั้น

2.5 ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ที่ลงทะเบียนรับเอกสารสอบราคา ณ กองธุรการ ฝ่ายการแพที่โรงพยาบาล กระทรวงการคลัง

2.6 ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอำนาจ หรือได้รับมอบอำนาจโดยชอบด้วยกฎหมายในการดำเนินการเกี่ยวกับกระบวนการสอบราคาซื้อทุกขั้นตอน

2.7 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ถูกระบุข้อว่าเป็นคู่สัญญาที่ไม่ได้แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2554

2.8 ผู้เสนอราคาต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลางที่เรียบ削ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

2.9 ผู้เสนอราคาต้องมีคุณสมบัติอื่นๆ ตามที่กำหนดในเอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา

### 3. หลักฐานการเสนอราคา

ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐาน (ถ้าเป็นฉบับสำเนาให้รับรองสำเนาถูกต้องทุกแผ่น) ยื่นมาพร้อมกับของใบเสนอราคา โดยแยกไว้ในห้องใบเสนอราคาเป็น 2 ส่วน คือ

3.1 ส่วนที่ 1 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจัดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายรับซึ่งหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี)  
(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชน์จำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจัดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณฑ์สนธิ บัญชีรายรับซึ่งกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หนังสือรับรองการจัดทะเบียนนิติบุคคล ตาม (ก) และ (ข) จะต้องออกให้ไม่เกิน

#### 1 ปี นับถึงวันยื่นของ

(2) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายเดียวเป็นบุคคลธรรมดายที่ไม่ใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสำเนาหนังสือเดินทางหรือผู้ร่วมค้าฝ่ายเดียวเป็นนิติบุคคล ให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (1)

(3) สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี)

(4) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับของใบเสนอราคา ตามแบบใน

#### ข้อ 1.5 (1)

3.2 ส่วนที่ 2 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(1) แคตตาล็อก และ/หรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ตาม

#### ข้อ 4.3

(2) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดเอกสารแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอำนาจให้บุคคลอื่นทำการแทน พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ

(3) แบบแสดงการลงทะเบียนในระบบ e-GP

(4) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับของใบเสนอราคา ตามแบบใน

#### ข้อ 1.5 (2)

#### 4. การเสนอราคา

4.1 ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคตามแบบที่กำหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน จำนวนเงินที่เสนอต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร โดยไม่มีการซุดลบหรือแก้ไข หากมีการซุด ลบ ตกเติม แก้ไขเปลี่ยนแปลงจะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคាភร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กำกับไว้ด้วยทุกแห่ง

4.2 ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอราคาก่อน เนื่องจาก รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ส่งมอบพัสดุ ณ สถานที่ที่โรงงานยาสูบกำหนด โดยเสนอราคร่วม และ/หรือราคายื่นน่วย และ/หรือต่อรายการให้ถูกต้อง ทั้งนี้ราคร่วมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ

ราคาก่อนจะต้องกำหนดด้วยวันที่ 30 พฤษภาคม 2560 โดยภายในกำหนดเวลา ยื่นราคาก่อนผู้เสนอราคาก่อน ผู้มีสิทธิเสนอราคาก่อนจะต้องรับผิดชอบราคาก่อนเสนอไว้ และถอนการเสนอราคาก่อนได้

4.3 ผู้เสนอราคาจะต้องส่งแคตตาล็อก และ/หรือแบบรูปประยุกต์และคุณลักษณะเฉพาะ ของพัสดุที่เสนอไปพร้อมเอกสารส่วนที่ 1 และเอกสารส่วนที่ 2 เพื่อประกอบการพิจารณาหลักฐานที่ยื่น จะยึดไว้เป็นเอกสารของโรงงานยาสูบ

สำหรับแคตตาล็อกที่แนบให้พิจารณา หากเป็นสำเนารูปถ่ายจะต้องรับรองสำเนา ถูกต้อง โดยผู้มีอำนาจทำนิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการเปิดของสอบราคามีความประสงค์จะขอคุณลักษณะของต้นฉบับแคตตาล็อก ผู้เสนอราคาก่อนจะต้องนำต้นฉบับมาให้คณะกรรมการเปิดของสอบราคารวจสอบภายใน 5 วันทำการของโรงงานยาสูบ นับตั้งจากวันที่คณะกรรมการเปิดของสอบราคาก่อนให้ทราบ

4.4 ผู้เสนอราคาจะต้องส่งมอบพัสดุ ตามรายละเอียดและขอบเขตของงานแนบท้ายเอกสารสอบราคาก่อน

4.5 ก่อนยื่นของสอบราคาก่อน ผู้เสนอราคาก่อนจะทำความเข้าใจ รายละเอียดและขอบเขต ของงานและเงื่อนไขต่างๆ ให้ถูกต้องและเข้าใจในเอกสารสอบราคาก่อนทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นของสอบราคาก่อน เนื่องในเอกสารสอบราคาก่อน

4.6 ผู้เสนอราคาก่อนจะต้องยื่นของเสนอราคาก่อนที่ปิดผนึกของเรียบร้อย จ่าหน้าของถึง ประธานคณะกรรมการเปิดของสอบราคาก่อนโดยระบุไว้ที่หน้าของว่า “ใบเสนอราคาก่อน เอกสารสอบราคาก่อน หมายเลขที่ ฝกพ.ส.09/06/61” ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ในวันที่ 20 กันยายน 2560 ระหว่างเวลา 09.00 น. ถึง 11.00 น. ณ กองธุรการ ฝ่ายการแพ้ที่

เมื่อพ้นกำหนดเวลา y นของสอบราคาก่อนจะไม่รับของสอบราคาก่อนโดยเด็ดขาด  
คณะกรรมการเปิดของสอบราคาก่อนจะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาก่อนที่ลงทะเบียนว่าเป็นผู้เสนอราคาก่อนที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ตามข้อ 1.4 (1) ณ วันประกาศสอบราคาก่อนไม่ พร้อมทั้งตรวจสอบเอกสารข้อเสนอตามข้อ 3.2 และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาก่อนที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกวันที่ 4 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ กองธุรการ ฝ่ายการแพ้ที่

หากปรากฏต่อคณะกรรมการเปิดของสอบราคาก่อนหรือในขณะที่มีการเปิดของใบเสนอราคาก่อนว่ามีผู้เสนอราคาก่อนหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาก่อนกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาย่าง เป็นธรรม ตามข้อ 1.4 (2) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาย่าง เป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคาก่อน หรือผู้มีสิทธิเสนอราคาก่อนนี้ออกจากเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาก่อน และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาก่อนที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก และโรงงานยาสูบจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคาก่อน หรือผู้มีสิทธิเสนอราคาก่อนดังกล่าว เป็นผู้ที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของโรงงานยาสูบและไม่ได้เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทำดังกล่าว

ผู้เสนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกจากเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคา เพราะเหตุเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคายื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาย่างเป็นธรรม อาจอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อผู้อำนวยการยาสูบภายใน 3 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการเปิดของสอบราคา การวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้อำนวยการยาสูบให้ถือเป็นที่สุด

คณะกรรมการฯ จะเปิดของใบเสนอราคาของผู้มีสิทธิเสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกดังกล่าวข้างต้น ณ กองธุรการ ฝ่ายการแพทย์ ในวันที่ 4 ตุลาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป สำหรับรายที่ไม่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก โรงพยาบาลยาสูบจะส่งคืนของใบเสนอราคาโดยไม่เปิดของ

การยื่นอุทธรณ์ตามวรรค 5 ย่อมไม่เป็นเหตุให้มีการขยายระยะเวลาการเปิดของใบเสนอราคา เว้นแต่ผู้อำนวยการยาสูบพิจารณาเห็นว่าการขยายระยะเวลาดังกล่าวจะเป็นประโยชน์แก่โรงพยาบาลยาสูบอย่างยิ่ง และในกรณีที่ผู้อำนวยการยาสูบพิจารณาเห็นด้วยกับคำตัดสินของผู้อุทธรณ์ และเห็นว่า การยกเลิกการเปิดของใบเสนอราคาที่ได้ดำเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่โรงพยาบาลยาสูบอย่างยิ่งให้ผู้อำนวยการยาสูบมีอำนาจยกเลิกการเปิดของใบเสนอราคาดังกล่าวได้

## 5. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา

5.1 ในการสอบราคาครั้งนี้ โรงพยาบาลยาสูบจะพิจารณาตัดสินด้วยราครวมที่ต่ำสุด (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

5.2 หากผู้เสนอราคายื่นไม่มีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2. หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามข้อ 3. หรือยื่นของสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ 4. แล้ว คณะกรรมการเปิดของสอบราคาจะไม่รับพิจารณาของผู้เสนอราคายื่นนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาด หรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในส่วนที่มิใช่สาระสำคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อโรงพยาบาลยาสูบท่านนั้น

5.3 โรงพยาบาลยาสูบสงวนสิทธิไม่พิจารณาของผู้เสนอราคา โดยไม่มีการผ่อนผันในกรณีดังต่อไปนี้

(1) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคายื่นในบัญชีผู้รับเอกสารสอบราคา หรือในหลักฐานการรับเอกสารสอบราคาของโรงพยาบาลยาสูบ

(2) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล/บุคคลธรรมด้า หรือไม่ลงลายมือชื่อผู้เสนอราคายื่นอย่างใดหรือทั้งหมดในใบเสนอราคา

(3) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารสอบราคาที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคายื่น

(4) ราคายื่นไม่มีการขุดลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง โดยผู้เสนอราคา หรือผู้ได้รับมอบอำนาจมีได้ลงลายมือชื่อ พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กำกับไว้

5.4 ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทำสัญญา คณะกรรมการเปิดของสอบราคาหรือโรงพยาบาลยาสูบมีสิทธิให้ผู้เสนอราคายื่นแจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาได้ โรงพยาบาลยาสูบมีสิทธิที่จะไม่รับราคา หรือไม่ทำสัญญา หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง

5.5 โรงพยาบาลไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคานึงราคาใด หรือราคานึงทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการสอบราคาโดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลียกได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของโรงพยาบาล เป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของโรงพยาบาลเป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายได้ รวมทั้งโรงพยาบาลจะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผู้มีสิทธิเสนอราคาเป็นผู้ทั้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคาระทำการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอราคาอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมด้าหรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคางาน เป็นต้น

ในการณ์ผู้มีสิทธิเสนอราคารายที่เสนอราคาต่ำสุด จนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดำเนินงานตามสัญญาได้ คณะกรรมการเปิดของสอบราคาหรือโรงพยาบาลจะให้ผู้มีสิทธิเสนอราคานั้นชี้แจง และแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่า ผู้มีสิทธิเสนอราคามาตรถดำเนินงานตามการสอบราคาให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ โรงพยาบาลจะมีสิทธิที่จะไม่รับราคาของผู้มีสิทธิเสนอราคารายนั้น

5.6 ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการเปิดของสอบราคาว่า ผู้เสนอราคาที่มีสิทธิที่ได้รับการคัดเลือก เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคามีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้มีสิทธิเสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาก่อกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาย่างเป็นธรรม ตามข้อ 1.4 โรงพยาบาลมีอำนาจที่จะตัดรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอราคางดังกล่าว และโรงพยาบาลจะพิจารณาลงโทษผู้มีสิทธิเสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทั้งงาน

ในกรณีนี้หากผู้อำนวยการโรงพยาบาลเห็นว่า การยกเลิกการเปิดของใบเสนอราคาที่ได้ดำเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่โรงพยาบาลยิ่งยิ่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมีอำนาจยกเลิกการเปิดของใบเสนอราคางดกล่าวได้

## 6. การทำสัญญาซื้อขาย

การสอบราคาจัดซื้อ ตามเอกสารสอบราคาครั้งนี้ เป็นการดำเนินการล่วงหน้าไว้ก่อน โดยงบประมาณสำหรับโครงการนี้ ยังไม่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) โรงพยาบาลจะเรียกผู้ชนะการสอบราคามาทำสัญญาผูกพันได้ต่อเมื่องบประมาณเพื่อการดำเนินการดังกล่าว ได้รับความเห็นชอบจาก สศช. แล้ว

6.1 ในกรณีที่ผู้ชนะการสอบราคา (ผู้ขาย) สามารถส่งมอบพัสดุได้ครบถ้วน ภายใน 10 วันทำการของโรงพยาบาล นับแต่วันที่ทำข้อตกลงซื้อ โรงพยาบาลจะพิจารณาจัดทำข้อตกลง เป็นหนังสือแทนการทำสัญญาได้

6.2 ในกรณีที่ผู้ชนะการสอบราคา (ผู้ขาย) ไม่สามารถส่งมอบพัสดุได้ครบถ้วน ภายใน 10 วันทำการของโรงพยาบาล หรือโรงพยาบาลเห็นว่าไม่สมควรจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามข้อ 6.1 ผู้ชนะการสอบราคาจะต้องติดต่อทำสัญญาซื้อขายกับโรงพยาบาล ภายใน 7 วัน นับตั้งจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือ และจะต้องวงหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินไม่ต่ำกว่าร้อยละ 5 ของราคากับส่วนที่สอบราคาได้ ให้โรงพยาบาลยึดถือไว้ในขณะทำสัญญาโดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้

(1) เงินสด

(2) เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่โรงพยาบาล กระทรวงการคลัง โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ทำสัญญาหรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน 3 วันทำการของโรงพยาบาล (ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลให้ใช้แคชเชียร์เช็ค สำหรับต่างจังหวัดให้ใช้ตัวแลกเงินหรือดราฟต์)

(3) หนังสือคำประกัน...

- (3) หนังสือค้ำประกันของธนาคารในประเทศไทย ตามแบบที่โรงพยาบาลกำหนด  
(4) พันธบตรรัฐบาลไทย  
หลักประกันตาม (2) และ (3) จะต้องออกให้โดยธนาคารในประเทศไทย หรือธนาคารต่างประเทศที่ตั้งสาขาในประเทศไทย

6.3 ผู้ช่วยตรวจสอบราคা (ผู้ขาย) จะต้องมารับหลักประกันสัญญาคืนจากโรงพยาบาลโดยไม่มีค่าตอบแทนภายใน 30 วัน นับถ้วนจากวันที่คืนสัญญาพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาแล้ว ผู้ที่ไม่มารับหลักประกันสัญญาภายในกำหนดเวลาดังกล่าว โรงพยาบาลจะถือว่าผู้นั้นละสิทธิ์ และจะไม่รับผิดชอบในการสูญหาย

## 7. การส่งมอบพัสดุ

- 7.1 ผู้ขายต้องส่งมอบพัสดุตามรายละเอียดและขอบเขตของงานแนบท้ายเอกสารตรวจสอบ  
7.2 การส่งมอบพัสดุแต่ละครั้ง ผู้ขายจะต้องแจ้งกำหนดส่งมอบ โดยทำเป็นหนังสือยื่นต่อโรงพยาบาล กองธุรการ ฝ่ายการแพทย์ ในเวลาทำการ ก่อนวันส่งมอบไม่น้อยกว่า 3 วันทำการ  
7.3 การส่งมอบไม่ตรงตามสัญญา โรงพยาบาลสงวนไว้สิทธิ์ที่จะไม่รับพัสดุนั้น ในกรณีเช่นว่านี้ ผู้ขายต้องรับภาระคืนไปแก้ไขให้ถูกต้องตามสัญญาและนำมาส่งมอบให้ใหม่ด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ขายเอง และระยะเวลาที่เสียไป เพราะเหตุดังกล่าวจะนำมารอ้างเป็นเหตุขอต่ออายุสัญญา หรือของดี หรือลดค่าปรับไม่ได้

## 8. อัตราค่าปรับ

- 8.1 ในกรณีที่ส่งมอบพัสดุล่าช้าเกินกำหนดในสัญญาหรือส่งมอบแล้วแต่ยังไม่สามารถใช้งานได้ โรงพยาบาลจะถือว่าเป็นพัสดุที่ยังไม่ส่งมอบ ผู้ขายจะต้องยอมให้โรงพยาบาลปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ 0.20 (ศูนย์จุดสองศูนย์) ของราคายอดที่ยังไม่ได้ส่งมอบ การปรับจะนับแต่วันถัดจากวันครบกำหนดตามสัญญาจนถึงวันที่ส่งมอบให้แก่โรงพยาบาลจนถูกต้องครบถ้วน

สำหรับสิ่งของที่ประกอบกันเป็นชุด ถ้าขาดส่วนประกอบส่วนหนึ่งส่วนใดไปแล้ว จะไม่สามารถใช้การได้สมบูรณ์ ให้ถือว่าไม่ได้ส่งมอบสิ่งของนั้น ให้ปรับเต็มราคากองห้องทั้งชุด การปรับจะนับแต่วันถัดจากวันครบกำหนดตามสัญญาจนถึงวันที่ได้ส่งมอบให้แก่โรงพยาบาลจนถูกต้องครบถ้วน

- 8.2 ในกรณีที่โรงพยาบาลใช้สิทธิ์ยกเลิกสัญญา นอกจากยอมให้โรงพยาบาลคิดค่าปรับตามข้อ 8.1 นับแต่วันผิดสัญญาจนถึงวันบอกเลิกสัญญาแล้ว ผู้ขายยอมให้โรงพยาบาลรับหลักประกัน หรือเรียกร้องจากธนาคารผู้ออกหนังสือค้ำประกันเป็นจำนวนเงินทั้งหมด หรือแต่บางส่วนก็ได้ แล้วแต่โรงพยาบาลจะเห็นสมควร และถ้าโรงพยาบาลจัดซื้อพัสดุจากบุคคลอื่นเต็มจำนวน หรือเฉพาะจำนวนที่ขาดส่วนแล้วแต่กรณีภายในกำหนดระยะเวลา 90 วัน นับถ้วนจากวันที่โรงพยาบาลบอกเลิกสัญญา ผู้ขายยอมรับผิดชอบใช้ราคากี่เพิ่มขึ้นจากราคาที่กำหนดไว้ในสัญญาร่วมด้วย

## 9. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ช่วยตรวจสอบราคาก็ได้ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทำสัญญาซื้อขายกับโรงพยาบาล แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้น ภายในระยะเวลา 2 ปี หากเกิดความชำรุดบกพร่อง หรือขัดข้องอันเนื่องจากการใช้งานตามปกติ ผู้ขายจะต้องรับผิดชอบซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้ได้ดังเดิมภายใน 7 วัน หรือจัดหาให้ใหม่ภายใน 30 วัน นับถ้วนจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่องจากโรงพยาบาลโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น หรือรับชดใช้ค่าเสียหายให้เท่าราคายอดที่ใช้การไม่ได้ (ในราคามาสัญญาหรือราคาก่อจุบัน โดยใช้ราคาก่อจุบันที่สูงกว่าเป็นเกณฑ์) ทั้งนี้ แล้วแต่โรงพยาบาลจะเลือก โดยแจ้งให้ผู้ขายทราบเป็นหนังสือ

## 10. การจ่ายเงิน

โรงพยาบาลจักรค่าพัสดุพร้อมภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี) เป็นวงเดียว หลังจากผ่านการตรวจรับจากคณะกรรมการของโรงพยาบาลแล้ว

## 11. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่นๆ

11.1 เมื่อโรงพยาบาลได้คัดเลือกผู้มีสิทธิเสนอราคารายได้ให้เป็นผู้ขาย และได้ตกลงซื้อสิ่งของตามการสอบราคาข้อแล้ว ถ้าผู้ขายจะต้องส่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้มีสิทธิเสนอราคาก็จะเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์น้ำ ดังนี้

(1) แจ้งการส่งหรือนำสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่าภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ขายส่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้

(2) จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากการเจ้าท่าให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่ไม่ใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเข่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น หรือมีหลักฐานแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษในกรณีได้ใช้เรือไทย

(3) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผู้ขายจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์น้ำ และโรงพยาบาลจะไม่ชำระค่าพัสดุได้

11.2 ผู้มีสิทธิเสนอราคา ซึ่งโรงพยาบาลได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลงภายใต้เวลาที่โรงพยาบาลกำหนด ดังระบุไว้ในข้อ 6 หรือถอนการเสนอราคา โรงพยาบาลอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทั้งงานตามระเบียบของทางราชการ

11.3 โรงพยาบาลสงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรือข้อกำหนดในสัญญาให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

ประกาศ ณ วันที่ 22 สิงหาคม 2560

  
(นายวิญญา เกียรติวัฒน์)

รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล ปฏิบัติการแทน  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

**รายละเอียดและขอบเขตของงาน**  
**ชื่อเครื่องช่วยหายใจนิคควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน พร้อมระบบชุดพ่นยา จำนวน 1 ชุด**  
**โรงพยาบาล กระทรวงการคลัง**

### **1. วัตถุประสงค์**

ฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาล สุขุมวิท กระทรวงการคลัง มีความประสงค์จะซื้อเครื่องช่วยหายใจนิคควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน พร้อมระบบชุดพ่นยา จำนวน 1 ชุด ใช้สำหรับช่วยผู้ป่วยในภาวะวิกฤตที่ไม่สามารถหายใจได้เพียงพอ หรืออยู่ในภาวะหยุดการหายใจจากสาเหตุต่าง ๆ สามารถใช้ฝักหัดการหายใจเพื่อให้ผู้ป่วยสามารถหายใจได้เอง และพ้นภาวะวิกฤตได้อย่างเหมาะสม ใช้งานที่หน่วยไอ.ซี.ยู. ชั้น 4 ฝ่ายการแพทย์

### **2. ขอบเขตของงาน**

**ผู้เสนอราคา** ต้องดำเนินการจัดหาเครื่องช่วยหายใจนิคควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน พร้อมระบบชุดพ่นยา จำนวน 1 ชุด (ตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่แนบ)

“กรณีโรงพยาบาล ต้องส่งมอบพื้นที่ให้กรมธนารักษ์ เพื่อสร้างสวนสาธารณะเบญจกิติ หรือโรงพยาบาล สุขุมวิท ต้องย้ายสถานที่ทำการไปอยู่สถานที่แห่งใหม่ ตามนโยบายของรัฐบาล ก่อนอายุสัญญาสิ้นสุด โรงพยาบาล สุขุมวิทในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญา หรือปรับลดเนื้องานของสัญญา หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ติดตั้งใช้งานตามสัญญา หรือบอกเลิกสัญญา ตามที่โรงพยาบาลเห็นสมควร โดยแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ขายทราบ และผู้ขายไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าสิ่งของเพิ่มเติม หรือค่าเสียหายใด ๆ ต่อโรงพยาบาล”

### **3. เงื่อนไขเฉพาะ**

3.1 เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ ไม่เคยใช้งาน หรือสาอิฐที่ไหนมาก่อน

3.2 ผู้ชนะการสอบราคา ต้องจัดทำคู่มือการใช้งาน และการบำรุงรักษา ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อย่างละเอียด 1 ชุด

3.3 ผู้ชนะการสอบราคา ต้องมีผลการรายงานการสอบเทียบค่าการใช้งานของเครื่อง (Calibrate ในวันที่ส่งมอบเครื่อง)

3.4 ผู้ชนะการสอบราคา ต้องส่งเจ้าหน้าที่มาทำการตรวจเช็คบำรุงรักษาเครื่องทุก 4 เดือน ภายในระยะเวลาอันดับประกัน

3.5 ผู้ชนะการสอบราคา ต้องแสดงหลักฐานการผ่านการอบรมของผู้ทำการตรวจสอบข้อมูล เพื่อยืนยันการบริการหลังการขาย

3.6 ผู้ชนะการสอบราคา ต้องจัดทำป้ายหรือการ์ดแนะนำการใช้งานเบื้องต้น จำนวน 1 ชุด

### **4. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา**

4.1 ผู้เสนอราคาต้องมีอาชีพขายพัสดุตามที่เรียกว่า “ผู้ขาย”

4.2 ผู้เสนอราคา ต้องเป็นตัวแทนจำหน่าย โดยมีหนังสือรับรองการเป็นตัวแทน แสดงหลักฐานเป็นสำเนา กาวป้าย

4.3 ผู้เสนอราคาต้องมีเอกสารรับรองว่ามีอายุในท้องตลาดไม่น้อยกว่า 5 ปี

4.4 ผู้เสนอราคา ต้องเสนอ Catalogue ของเครื่องมือพร้อมรายละเอียดทางเทคนิคที่จัดทำจากบริษัทผู้ผลิตของรุ่นที่เสนอ และรายละเอียดของอุปกรณ์ให้แก่คณะกรรมการฯ พร้อมทำเครื่องหมายให้ทราบถึงรุ่นที่เลือกและคุณสมบัติสำหรับใช้งานตามรายละเอียดและขอบเขตของงานที่โรงพยาบาลกำหนด

### **5. หลักฐานการเสนอราคา**

เอกสารหลักฐานแสดงคุณสมบัติของผู้เสนอราคาตามข้อ 4.1-4.4 ถ้าเป็นฉบับสำเนาให้รับรองสำเนาถูกต้อง โดย ผู้มีอำนาจลงนามพร้อมประทับตราทุกแผ่น

6. การทำสัญญา

ผู้เสนอราคา พร้อมที่ลงนาม

## 6. การทำสัญญา

ผู้จะตรวจสอบราคากำต่องต้องไปติดต่อทำสัญญากับโรงพยาบาลยาสูบที่กองสัญญาสำนักกฎหมายภายใน 7 วันนับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งจากโรงพยาบาลยาสูบเป็นลายลักษณ์อักษร เมื่อบริษัทได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (ศศช.) แล้ว มีฉบับนี้โรงพยาบาลยาสูบจะถือว่าบิดพล้ำหรือเลิกความจำนำ และสงวนสิทธิ์ที่จะถือว่าผู้ที่ไม่ไปทำสัญญาเป็นผู้ทิ้งงานด้วย

## 7. การส่งมอบพัสดุ

กำหนดส่งมอบ พร้อมทดสอบสามารถใช้งานได้ ภายใน 120 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาที่หน่วยไอ.ซี.ยู ชั้น 4 ฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลยาสูบ กระทรวงการคลัง เลขที่ 184 ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ ก่อนส่งมอบผู้จะตรวจสอบราคากำต่องแจ้งกำหนดส่งมอบต่อคณะกรรมการตรวจรับโดยทำเป็นหนังสือยื่นที่กองธุรการ ชั้น 3 ฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลยาสูบ ในเวลาทำการก่อนวันส่งมอบ ไม่น้อยกว่า 3 วันทำการ

## 8. การอบรม

ผู้จะตรวจสอบราคากำต่องส่งผู้ชำนาญมาสอนการใช้เครื่องให้กับผู้ปฏิบัติงานของโรงพยาบาลยาสูบ จนกว่าจะใช้งานได้ดี

## 9. การชำระเงิน

โรงพยาบาลยาสูบ จะชำระค่าสินค้าพร้อมภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นงวดเดียว เมื่อผ่านการตรวจรับจากคณะกรรมการของโรงพยาบาลยาสูบแล้ว

## 10. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้จะตรวจสอบราคากำต่องได้ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทำสัญญาซื้อขายกับโรงพยาบาลยาสูบ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นกับ เครื่องช่วยหายใจนิดควบคุมด้วยบริมาตร และความดัน พร้อมระบบชุดพ่นยา ภายในระยะเวลา 2 ปี นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อรับมอบ

หากเกิดความชำรุดบกพร่อง หรือขัดข้องอันเนื่องจากการใช้งานตามปกติ ผู้จะตรวจสอบราคากำต่องต้องรับจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดังเดิมภายใน 7 วัน หรือจัดหาให้ใหม่ภายใน 30 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่องจากโรงพยาบาลยาสูบโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น หรือรับชดใช้ค่าเสียหายให้เท่าราคายังคงเหลือ การไม่ได้ (ในราคามาตรฐานหรือราคากลางจุบัน โดยใช้ราคาน้ำหนึ่งกันเป็นเกณฑ์) ทั้งนี้ แล้วแต่โรงพยาบาลยาสูบจะเลือกโดยแจ้งให้ผู้จะตรวจสอบราคากำต่องทราบเป็นหนังสือ

ในระหว่างการรับประกัน หากเกิดการชำรุดขัดข้องเนื่องจากการใช้งานตามปกติ ในระหว่างซ่อมแซม ผู้จะตรวจสอบราคากำต่องจัดหาเครื่องสำรองมาตรฐานเครื่องที่ส่งซ่อมเพื่อพร้อมใช้งานได้ทันที โดยโรงพยาบาลยาสูบไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ

## 11. อัตราค่าปรับ

ในกรณีที่ส่งมอบล่าช้าเกินกำหนดในสัญญาหรือส่งมอบแล้วแต่ยังไม่สามารถใช้งานได้ โรงพยาบาลยาสูบถือว่ายังไม่ส่งมอบ ผู้จะตรวจสอบราคากำต่องต้องยอมให้โรงพยาบาลยาสูบปรับเป็นรายวันในอัตรา้อยละ 0.20 (ศูนย์จุดสองศูนย์) ของราคасิ่งของที่ยังไม่ได้ส่งมอบ การปรับจะนับตั้งแต่วันถัดจากวันครบกำหนดตามสัญญา จนถึงวันที่ส่งมอบให้แก่โรงพยาบาลยาสูบจนถูกต้องครบถ้วน สำหรับสิ่งของที่ประกอบกันเป็นชุด ถ้าขาดส่วนประกอบส่วนหนึ่งส่วนใดไปแล้ว จะไม่สามารถใช้การได้สมบูรณ์ ให้ถือว่าไม่ได้ส่งมอบสิ่งของนั้น ให้ปรับเพิ่มราคากันทั้งชุด การปรับจะนับตั้งแต่วันถัดจากวันครบกำหนดตามสัญญา จนถึงวันที่ส่งมอบให้แก่โรงพยาบาลยาสูบจนถูกต้องครบถ้วน

นิตยา พรมพันธุ์ชัย

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  
เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันพร้อมระบบชุดพ่นยา

## 1. คุณสมบัติทั่วไป

1.1 เป็นเครื่องช่วยหายใจซึ่งควบคุมการทำงานโดยไมโครโปรเซสเซอร์ หลักการทำงานเป็นแบบควบคุมด้วยความดัน (Pressure control) และควบคุมด้วยปริมาตร (Volume control) โดยใช้ออกซิเจนและอากาศจากแหล่งจ่ายอากาศของโรงพยาบาลได้

1.2 ใช้ได้ตั้งแต่เด็กจนถึงผู้ใหญ่

1.3 ใช้กับแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสสลับ 220 โวลท์ ความถี่ 50 เฮิร์ตซ์ และมีแบตเตอรี่สำรองสามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 30 นาที

1.4 มีระบบความลับฉุกเฉิน สามารถเปิดเพื่อให้ผู้ป่วยสามารถหายใจโดยอาศัยออกซิเจนจากอากาศภายนอกเข้ามาใช้ในกรณีเครื่องขัดข้องมีปัญหา (Safety valve open) หรือความดันในระบบสูงกว่าที่กำหนดไว้

1.5 มีจักษณ์มากับเครื่องແง况ควบคุมการทำงานของเครื่อง สามารถแสดงค่าพารามิเตอร์ต่าง ๆ ที่ตั้งให้กับผู้ป่วย (Ventilator setting) ค่าต่าง ๆ ที่วัดได้จากผู้ป่วย (Monitor data) ได้พร้อมกัน รวมทั้งสามารถแสดงกราฟการหายใจของ Volume/time, Airway Pressure/Time และ Flow/Time ได้พร้อมกัน ได้ไม่น้อยกว่า 2 รูปภาพ

1.6 การวัดต่าง ๆ ของการหายใจใช้ระบบ Flow Sensor ที่อยู่ภายในตัวเครื่องช่วยหายใจ เพื่อป้องกันการผิดพลาดในการ แสดงผลของการหายใจ เนื่องจากความซื้นและเสมอของผู้ป่วย

1.7 มีระบบ Heated exhalation bacteria filter เพื่อช่วยยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์ภายในเครื่อง

1.8 มีระบบพ่นยาทางสายช่วยหายใจแบบติดตั้งภายในเครื่อง หรือแบบ Aeroneb ที่ไม่มีผลกระทบต่อการทำงานของเครื่องช่วยหายใจและพารามิเตอร์ต่างๆ

1.9 มีแบคทีเรียพิลเตอร์ทั้งช่วงหายใจเข้าและช่วงหายใจออก ที่สามารถกรองเชื้อโรคขนาด 0.3 ไมครอน และสามารถทำให้ปราศจากเชื้อและกำลังบ้มไฟฟ้าได้

1.10 มีระบบ Previous setup เพื่อความสะดวกเร็วในการเปลี่ยน Mode กลับไปสู่ Mode ก่อนหน้า

1.11 มีรถเข็นรองรับตัวเครื่องชนิด 4 ล้อสามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวกพร้อมระบบล็อกล้อที่ป้องกันมิให้เคลื่อนที่เมื่อใช้กับผู้ป่วย

1.12 ปลั๊กไฟที่ต่อระหว่างเครื่องกับปลั๊กฝาผนังต้องเป็นแบบ USA 3 ขา โดยมีขาที่ 1 เป็น Line ขาที่ 2 เป็น Neutron ทั้ง 2 ขาแบบตรง และมีขาที่ 3 เป็นสายติน 1 ขา

## 2. คุณลักษณะทางเทคนิค

2.1 สามารถเลือกกลักษณะการทำงานของการช่วยหายใจ (Type of Ventilation) ดังนี้

2.1.1 ชนิดควบคุมด้วยปริมาตร (Volume Controlled Ventilation)

2.1.2 ชนิดควบคุมด้วยแรงดัน (Pressure controlled ventilation)

2.2 สามารถตั้งกลักษณะการช่วยหายใจสำหรับผู้ป่วยได้ดังนี้

2.2.1 ชนิดเครื่องช่วยในการหายใจทั้งหมด (A/C)

2.2.2 ชนิดเครื่องช่วยหายใจบางส่วน (SIMV)

2.2.3 ชนิดให้ผู้ป่วยหายใจเอง (SPONT) พร้อมกับมีแรงดันสนับสนุน (Pressure Support ventilation)

2.2.4 ชนิดช่วยผู้ป่วยภายหลังการหยุดหายใจ (Apnea Ventilation) ช่วยผู้ป่วยภายหลังหยุดการหายใจตามเวลาที่ตั้งไว้โดยอัตโนมัติ

2.3 สามารถกำหนด...

นิตยา พรหมรังษ์

2.3 สามารถกำหนดค่าต่าง ๆ ได้จากแง่ควบคุมการทำงานที่อยู่ด้านหน้าของเครื่อง ได้ดังนี้

2.3.1 สามารถตั้งเปอร์เซ็นต์ออกซิเจน (Oxygen Percentage) ได้ 21-100%

2.3.2 สามารถตั้งปริมาตรอากาศในการหายใจแต่ละครั้ง (Tidal Volume) ได้ 25 มิลลิลิตร ถึง 2,000 มิลลิลิตร

2.3.3 สามารถตั้งแรงดัน (Inspiratory Pressure) ได้ 5 ถึง 90 เชนติเมตรน้ำ

2.3.4 สามารถตั้งความดันช่วย (Pressure Support) ได้ 0 ถึง 70 เชนติเมตรน้ำ

2.3.5 สามารถตั้งความดันบากในระบบ PEEP / CPAP ได้ 0 ถึง 45 เชนติเมตรน้ำ

2.3.6 สามารถตั้งอัตราการหายใจได้ 1 ถึง 100 ครั้งต่อนาที

2.3.7 สามารถกำหนดช่วงเวลาในการหายใจเข้า (Inspiratory time) ได้ 0.2 ถึง 8.0 วินาที

2.3.8 สามารถเลือกรูปแบบการไหลเวียนของอากาศ (Flow Pattern) ได้เป็นแบบ Square หรือ Descending Ramp

2.3.9 สามารถตั้งให้ลมหายใจเข้าหยุดค้างในปอดก่อนหายใจออก (Plateau) ได้ 0 ถึง 2 วินาที

2.3.10 สามารถกำหนดสัดส่วนช่วงเวลาในการหายใจเข้าต่อช่วงเวลาในการหายใจออกและสามารถตั้งเวลาหายใจเข้าและเวลาหายใจออกได้

2.3.11 สามารถตั้งให้ผู้ป่วย Trigger เครื่องได้ 2 แบบ

1) ตั้ง Pressure Sensitivity ได้ไม่น้อยกว่า 0.5-20.0 ซม.น้ำต่ำกว่าระดับ PEEP

2) ตั้ง Flow Sensitivity ได้ไม่น้อยกว่า 0.5-20.0 ลิตรต่อนาที

2.3.12 สามารถตั้งให้เครื่องช่วยหายใจกรณีผู้ป่วยหยุดหายใจ (Apnea Ventilation) ได้ทั้งแบบ

ควบคุมด้วย ปริมาตร (Volume Control) หรือควบคุมด้วยความดัน (Pressure Control)

2.3.13 สามารถตั้งอัตราการไหลของอากาศ (Peak Flow) ไม่น้อยกว่า 120 ลิตร / นาที

2.4 ส่วนจอยที่แสดงข้อมูลความสามารถแสดงข้อมูลค่าที่ตั้ง และค่าที่วัดได้จากผู้ป่วยพร้อมกัน พร้อมมีระบบข้อมูลที่สามารถแสดงค่าต่าง ๆ ของเครื่องและของผู้ป่วยได้ดังนี้

2.4.1 แสดงชนิดของการหายใจว่าเป็น Control (C), Assist (A), Spontaneous (S) และรูปกราฟแบบรหัสสี เพื่อให้ทราบว่าขณะผู้ป่วยหายใจเป็นช่วงหายใจเข้าหรือหายใจออกจากผู้ป่วย

2.4.2 เปอร์เซ็นต์ออกซิเจนที่ผู้ป่วยได้รับ

2.4.3 แสดงค่าแรงดัน ได้แก่ Peak Pressure, Mean circuit Pressure, Plateau Pressure, PEEP

2.4.4 แสดงค่าปริมาตรในการหายใจที่ผู้ป่วยให้รับแต่ละครั้ง (Exhaled Tidal Volume)

2.4.5 แสดงค่าที่ผู้ป่วยได้รับปริมาตรในการหายใจเฉลี่ยต่อนาที (Exhaled Minute Volume)

2.4.6 แสดงค่าปริมาตรในการหายใจที่ผู้ป่วยหายใจเองเฉลี่ยต่อนาที (Spontaneous Minute Volume)

2.4.7 แสดงค่าอัตราการหายใจของผู้ป่วยร่วมกับเครื่อง (Total respiratory rate)

2.4.8 แสดงกราฟการหายใจของ Pressure/Time, Flow/Time, Volume/Time หรือ Pressure Volume Loop

2.5 ส่วนของระบบเตือนความปลอดภัยจะเตือนด้วยสัญญาณไฟ เสียง และข้อความโดยแบ่งตามความรุนแรงโดยมีปุ่มควบคุมเพื่อยุดเสียงร้องเตือนนาน 2 นาที และมีปุ่ม Reset สัญญาณเตือนเมื่อปัญหานั้นได้รับการแก้ไขแล้วโดยระบบเตือนความปลอดภัยจะสามารถปรับตั้งได้ ดังนี้

2.5.1 กำหนดค่า High circuit pressure ได้

2.5.2 กำหนดค่า High Exhaled Minute Volume ได้

2.5.3 กำหนดค่า High Exhaled Tidal Volume ได้ ✓

2.5.4 กำหนดค่า...

- 2.5.4 กำหนดค่า High Respiratory Rate ได้
- 2.5.5 กำหนดค่า Low Exhaled Mandatory Tidal Volume ได้ หรือปิด (OFF)
- 2.5.6 กำหนดค่า Low Exhaled Minute Volume ได้
- 2.5.7 กำหนดค่า Low Exhaled Spontaneous Tidal Volume ได้ หรือปิด (OFF)
- 2.5.8 กำหนดค่า Apnea Interval ได้ตั้งแต่ 10 ถึง 60 วินาที
- 2.6 มีระบบสัญญาณเตือนโดยจะแสดงด้วยสัญญาณไฟ เสียง และข้อความ ดังนี้
- 2.6.1 ในกรณีเกิดอุดตันในสายช่วยหายใจ (Severe occlusion)
  - 2.6.2 ในกรณีผู้ป่วยได้รับเปอร์เซ็นต์ออกซิเจนสูงหรือต่ำเกินไป (High/Low delivered oxygen percent)
  - 2.6.3 ในกรณีที่สายช่วยหายใจหลุดจากผู้ป่วย (Circuit Disconnect)
  - 2.6.4 ในกรณีที่แรงดันออกซิเจนจากแหล่งจ่ายออกซิเจนไม่เพียงพอ (No Oxygen Supply)
  - 2.6.5 ในกรณีที่แรงดันอากาศจากแหล่งจ่ายอากาศไม่เพียงพอ (No Air Supply)
- 2.7 อุปกรณ์ประกอบการใช้งานเป็นอุปกรณ์มาตรฐานประกอบเครื่อง
- |  |                 |
|--|-----------------|
| 2.7.1 ชุดสายช่วยหายใจชนิดชิลิโคน                   | จำนวน 2 ชุด     |
| 2.7.2 แบคทีเรียฟิลเตอร์สำหรับช่วงหายใจเข้า         | จำนวน 2 ชิ้น    |
| 2.7.3 แบคทีเรียฟิลเตอร์สำหรับช่วงหายใจออก          | จำนวน 2 ชิ้น    |
| 2.7.4 อุปกรณ์ให้ความชื้น                           | จำนวน 1 เครื่อง |
| 2.7.5 กระป๋องสำหรับทำความชื้น (Humidifier chamber) | จำนวน 2 ชุด     |
| 2.7.6 แขนจับท่อหายใจ                               | จำนวน 1 ชุด     |
| 2.7.7 ตัวเครื่องพ่นยา พรมอุปกรณ์ประกอบการใช้งาน    | จำนวน 1 ชุด     |
| 2.7.8 ชุดปอดเทียม (Test lung)                      | จำนวน 1 ชุด     |

จัดทำโดย บริษัทฯ

# ใบเสนอราคา

เรียน ประธานคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา

1. ข้าพเจ้า (ชื่อผู้เสนอราคา) บริษัท/ห้าง/ร้าน.....

หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร..... อายุเลขที่..... ถนน.....

ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต..... จังหวัด.....

โทรศัพท์..... ไปรษณีย์..... ผู้ลงนามข้างท้ายนี้

ได้พิจารณาเงื่อนไขต่าง ๆ ในเอกสารสอบราคาข้อ เครื่องซ่อมแซมด้วยประมูลและความดัน พร้อมระบบ  
ชุดพ่นยา จำนวน 1 ชุด เลขที่ ฝกพ.ส.09/06/61 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2560 และเอกสารแนบ (ถ้ามี)  
โดยตลอดและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้แล้ว รวมทั้งรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่  
กำหนด และไม่เป็นผู้ทึ้งงานของทางราชการ หรือตามระเบียบฯ ของโรงงานยาสูบ

2. ข้าพเจ้าขอเสนอราคาพัสดุ ซึ่งกำหนดไว้ในเอกสารสอบราคาข้อ โดยรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ดังนี้:-

รายการ	(1) จำนวน (ชุด)	(2) ราคាត่อหน่วย (บาท) (รวม VAT)	(3) รวมเป็นเงิน (บาท) (1)X(2)
เครื่องซ่อมแซมด้วยประมูลและความดัน พร้อมระบบชุดพ่นยา	1		
ราคารวมทั้งสิ้น			

(.....) (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ตัวหนังสือ

ภาษีมูลค่าเพิ่ม อัตรา 7 %

พัสดุที่เสนอเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากประเทศไทย ..... ยี่ห้อ ..... รุ่น .....

3. กำหนดส่งมอบพัสดุ ตามรายละเอียดและเงื่อนไขที่โรงงานยาสูบกำหนดแบบท้ายประกาศฯ

4. คำเสนอจะยืนยันราคานี้วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 หรือระยะเวลาที่ได้ยืดออกไปตามเหตุ

อันสมควร ที่โรงงานยาสูบรองขอ

5. ในการณ์ที่ข้าพเจ้า...

5. ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้ชนะการสอบราคา ข้าพเจ้ารับรองที่จะติดต่อทำสัญญาซื้อขายกับโรงงานยาสูบ ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือ หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติให้ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ข้างต้นนี้ ข้าพเจ้ายินดีชดใช้ค่าเสียหายไดๆ ที่อาจมีแก่โรงงานยาสูบ และโรงงานยาสูบมีสิทธิจะให้ผู้เสนอราคารายอื่นเป็นผู้สอบราคาได้ หรือโรงงานยาสูบอาจเรียกสอบราคาใหม่ก็ได้

6. ในเสนอราคนี้ได้ยื่นเสนอโดยบริสุทธิ์โดยธรรม และปราศจากกลั่น祫หรือการสมรู้ร่วมคิดกัน โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือห่วยบุคคล หรือกับห้างหุ้นส่วนบริษัทใดๆ ที่ได้ยื่นเสนอราคนี้ในคราวเดียวกัน

เสนอมา ณ วันที่ กันยายน 2560

ลงชื่อ.....

(.....)

ตำแหน่ง.....

ประทับตรา (ถ้าไม่มีให้หมายเหตุไว้)

#### หมายเหตุ

- ในเสนอราคานี้ให้ใช้ตามแบบของโรงงานยาสูบ ถ้ากรอกข้อความไม่พอให้เสนอเพิ่มเติมเป็นแน่นแนบ
- ให้เสนอราคานี้เป็นตัวเลข ราคาร่วมทั้งสิ้น จะต้องมีตัวหนังสือกำกับด้วยโดยให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ
- ให้กรอกข้อความในช่องว่างทุกช่อง ถ้าไม่มีข้อความต้องกรอกให้ขีดเส้น หากมีการแก้ไข หรือขูดลบใดๆ ให้ลงลายมือชื่อ พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กำกับไว้ด้วย
- ยื่นของเสนอราคาร่วมเอกสาร วันที่ 20 กันยายน 2560 ระหว่างเวลา 09.00 น. ถึง 11.00 น.
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือก วันที่ 4 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 น.
- เปิดของเสนอราคานี้ วันที่ 4 ตุลาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป

บค  
อากรแสตมป์  
30 บาท

## หนังสือมอบอำนาจ

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

ข้าพเจ้า บริษัท/ห้างหุ้นส่วน.....ตั้งอยู่เลขที่.....  
ถนน.....แขวง.....เขต.....  
จังหวัด.....โทรศัพท์.....เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร.....  
โดยนาย/นาง/น.ส.....และนาย/นาง/น.ส.....  
และนาย/นาง/น.ส.....และนาย/นาง/น.ส.....  
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท/ห้างหุ้นส่วน ขอมอบอำนาจให้นาย/นาง/น.ส.....  
กระทำการแทนข้าพเจ้า เกี่ยวกับการสอบราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความตัน  
พร้อมระบบชุดพ่นยา จำนวน 1 ชุด ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ฝกพ.ส.09/06/61 ลงวันที่  
22 สิงหาคม 2560 ดังต่อไปนี้  
1. ลงทะเบียนรับเอกสารสอบราคา  
2. ยื่นของสอบราคา  
3. เสนอราคา (โดยลงนามในใบเสนอราคา)  
4. ต่อรองราคา  
5. กระทำการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสอบราคาครั้งนี้  
ทั้งนี้ข้าพเจ้าจะรับผิดชอบในการกระทำการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสอบราคาครั้งนี้  
ตั้งแต่ก่อตั้งขึ้นจนถึงวันที่สิ้นสุดของอำนาจ ไม่รวมสิ่งที่ได้ระบุไว้ในหนังสือมอบอำนาจนี้

ลงชื่อ.....ผู้มอบอำนาจ  
(.....) (ประทับตรา)

ลงชื่อ.....ผู้มอบอำนาจ  
(.....) (ประทับตรา)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบอำนาจ  
(.....)

ลงชื่อ.....พยาน  
(.....)

ลงชื่อ.....พยาน  
(.....)

## บทนิยาม

“ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน” หมายความว่า บุคคลธรรมดายหรือนิติบุคคลที่เข้าเสนอราคากับ โรงงานยาสูบ เป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในกิจการของบุคคลธรรมดายหรือนิติบุคคลอื่นที่เข้าเสนอราคากับ โรงงานยาสูบในคราวเดียวกัน

การมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมของบุคคลธรรมดายหรือนิติบุคคลดังกล่าวข้างต้น ได้แก่ การที่ บุคคลธรรมดายหรือนิติบุคคลดังกล่าวมีความสัมพันธ์กันในลักษณะดังต่อไปนี้

1) มีความสัมพันธ์กันในเชิงบริหาร โดยผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดายหรือของนิติบุคคลรายหนึ่งมีอำนาจหรือสามารถใช้อำนาจในการบริหารจัดการ กิจการของบุคคลธรรมดายหรือของนิติบุคคลอีกรายหนึ่งหรือหลายราย ที่เสนอราคาให้แก่โรงงานยาสูบครั้งนี้

2) มีความสัมพันธ์กันในเชิงทุน โดยผู้เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือผู้เป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชน์จำกัด เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชน์จำกัด อีกรายหนึ่งหรือหลายราย ที่เสนอราคาให้แก่โรงงานยาสูบครั้งนี้

คำว่า “ผู้ถือหุ้นรายใหญ่” ให้หมายความว่า ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นเกินกว่าร้อยละยี่สิบห้าในกิจการนั้น หรือ ในอัตราอื่นตามที่คณะกรรมการฯ กำหนด

3) มีความสัมพันธ์กันในลักษณะไขว้กันระหว่าง 1) และ 2) โดยผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดายหรือของนิติบุคคลรายหนึ่งเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชน์จำกัด อีกรายหนึ่งหรือหลายรายที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงงานยาสูบครั้งนี้ หรือในนัยกลับกัน

การดำเนินการ ดำเนินการเป็นหุ้นส่วน หรือเข้าถือหุ้นดังกล่าวข้างต้นของคู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลใน 1) 2) และ 3) ให้ถือว่าเป็นการดำเนินการเป็นหุ้นส่วน หรือการถือหุ้นของบุคคลดังกล่าว

ในกรณีบุคคลใดใช้ชื่อบุคคลอื่นเป็นผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้เป็นหุ้นส่วน หรือผู้ถือหุ้นโดยที่ตนเองเป็นผู้ใช้อำนาจในการบริหารที่แท้จริง หรือเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นที่แท้จริงของห้างหุ้นส่วน หรือ บริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชน์จำกัด แล้วแต่กรณี และห้างหุ้นส่วน หรือบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชน์จำกัดที่เกี่ยวข้องได้ เสนอราคาให้แก่โรงงานยาสูบในคราวเดียวกัน ให้ถือว่าผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานนั้นมีความสัมพันธ์กันตาม 1) 2) หรือ 3) แล้วแต่กรณี

“การขัดขวางการแข่งขันราคาย่างเป็นธรรม” หมายความว่า การที่ผู้เสนอราคายาน้ำยาสูบ หรือหลายราย กระทำการอย่างใด ๆ อันเป็นการขัดขวาง หรือเป็นอุปสรรค หรือไม่เปิดโอกาสให้มีการแข่งขันราคาย่างเป็นธรรมในการ เสนอราคาต่อโรงงานยาสูบไม่ว่าจะกระทำโดยการสมยอมกัน หรือโดยการให้ ขอให้หรือรับว่าจะให้ เรียก รับ หรือยอม จะ รับเงินหรือทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด หรือใช้กำลังประทุษร้าย หรือข่มขู่ว่าจะใช้กำลังประทุษร้าย หรือแสดงเอกสารอัน เป็นเท็จ หรือกระทำการใดโดยทุจริต ทั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะแสวงหาประโยชน์ในระหว่างผู้เสนอราคាតัวกัน หรือ เพื่อให้ประโยชน์แก่ผู้เสนอราคายาน้ำยาสูบได้เป็นผู้มีสิทธิทำสัญญากับโรงงานยาสูบ หรือเพื่อหลีกเลี่ยงการแข่งขันราคาย่าง เป็นธรรม หรือเพื่อให้เกิดความได้เปรียบโรงงานยาสูบ โดยมิใช่เป็นไปในทางประกอบธุรกิจปกติ

## บัญชีเอกสารส่วนที่ 1

1. ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล
- (ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด  
    สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล จำนวน.....แผ่น  
    บัญชีรายรื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ และผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) จำนวน.....แผ่น
- (ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชน์จำกัด  
    สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล จำนวน.....แผ่น  
    หนังสือบริคณฑ์สนธิ จำนวน.....แผ่น  
    บัญชีรายรื่อกรรมการผู้จัดการ และผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) จำนวน.....แผ่น  
    บัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวน.....แผ่น
2. ในกรณีผู้เสนอราคาไม่เป็นนิติบุคคล
- (ก) บุคคลธรรมดา  
    สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้นั้น จำนวน.....แผ่น
- (ข) คณะบุคคล  
    สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน จำนวน.....แผ่น  
    สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน จำนวน.....แผ่น
3. ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า
- สำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า จำนวน.....แผ่น
- (ก) ในกรณีผู้ร่วมค้าเป็นบุคคลธรรมดา
- บุคคลสัญชาติไทย  
        สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน.....แผ่น
- บุคคลที่มิใช่สัญชาติไทย  
        สำเนาหนังสือเดินทาง จำนวน.....แผ่น
- (ข) ในกรณีผู้ร่วมค้าเป็นนิติบุคคล
- ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด  
        สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล จำนวน.....แผ่น  
        บัญชีรายรื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ และผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) จำนวน.....แผ่น

- บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชน์จำกัด

สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล จำนวน.....แผ่น

หนังสือบริคณห์สนธิ จำนวน.....แผ่น

บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) จำนวน.....แผ่น

บัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวน.....แผ่น

4. อื่น ๆ (ถ้ามี)

- .....
- .....
- .....
- .....
- .....

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า เอกสารหลักฐานที่ข้าพเจ้ายื่นพร้อมของใบเสนอราคาในการสอบราคาซื้อ/  
จ้างถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้เสนอราคา  
(.....)

## บัญชีเอกสารส่วนที่ 2

- 1. แคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จำนวน.....แผ่น
- 2. หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอาการแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอำนาจให้บุคคลอื่นทำการแทน จำนวน.....แผ่น
- 3. อื่นๆ (ถ้ามี)
- 
- 
- 
- 
- 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า เอกสารหลักฐานที่ข้าพเจ้ายื่นพร้อมของใบเสนอราคาในการสอบราคาซื้อ/  
จ้างถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้เสนอราคา  
(.....)